



**An alle
Clearing Center**

per E-Mail

TEL 0800/8007-545-1

FAX 069/20971-584

E-MAIL Servicedesk@itzbund.de

DATUM 05. März 2020

BETREFF **ATLAS – Info 0015/20**

BEZUG

ANLAGEN

GZ **06010202#00005#0015 – 0015/2020** (bei Antwort bitte angeben)

**Anordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie von Beschränkungen
im Außenwirtschaftsverkehr für bestimmte Schutzausrüstung**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 4. März 2020 eine Anordnung von Beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr erlassen (BANz AT 04.03.2020 B1), wonach bestimmte Schutzausrüstung einem Ausfuhr-/Verbringungsverbot unterliegt. Ziffer II dieser Anordnung sieht Ausnahmeregelungen von dem Ausfuhr-/Verbringungsverbot vor. Ziffer III der Anordnung eröffnet in bestimmten Fallgruppen die Ausfuhr oder Verbringung der Güter nach vorheriger Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Die Anordnung trat mit Veröffentlichung am 4. März 2020 in Kraft.

Danach sind die Ausfuhr und Verbringung folgender Waren grundsätzlich verboten:

Güterbezeichnung	Beschreibung
Schutzbrillen/Visiere	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EU) 2016/425 - EN 166 - ANSI/ISEA Z87.1 <p>oder gleichwertige Normen</p> <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gute Abdichtung mit der Gesichtshaut - Flexibler PVC-Rahmen, der sich mit gleichmäßigem Druck leicht an alle Gesichtskonturen anpassen lässt - Augen und Umgebung umschließen - Kompatibel mit verschreibungspflichtigen Brillen - Kompatibel mit verschiedenen Modellen von FFP-Atemschutzmasken - Klare Kunststofflinse mit beschlag- und kratzfester Behandlung - Verstellbares Band zur sicheren Befestigung - Indirekte Entlüftung zur Vermeidung von Beschlag - Wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel
Gesichtsschutzschilde (Face shields)	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verordnung (EU) 2016/425 - EN 166 - ANSI/ISEA Z87.1 <p>oder gleichwertige Normen</p> <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hergestellt aus klarem Kunststoff - Der Stirnbereich ist mit Material gefüllt, das die Haut berührt, um das Eindringen von Flüssigkeiten und/oder Tröpfchen zu verhindern - Verstellbares Band, das fest um den Kopf herum befestigt wird und sich eng an die Stirn anschmiegt - Beschlagfest (vorzugsweise) - Vollständige Abdeckung der Seiten und der Länge des Gesichts - Kann wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel sein
Mund-Nasen-Schutz-Produkte (OP-Masken/chirurgische Masken)	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EN 14683 Typ IIR Güte - ASTM F2100 Stufe 2 oder Stufe 3 oder gleichwertig

	<ul style="list-style-type: none"> – Flüssigkeitswiderstand bei einem Druck von mindestens 120 mm Hg basierend auf ASTM F1862-07, ISO 22609 oder gleichwertig – Atmungsaktivität: MIL-M-36954C, EN 14683 Anhang C, oder gleichwertig – Filtrationseffizienz: ASTM F2101, EN 14683 Anhang B <p>oder gleichwertige Normen</p> <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hohe Flüssigkeitsbeständigkeit – Gute Atmungsaktivität – Interne und externe Oberflächen sind klar getrennt
Filtering Face Pieces Klasse 2 (FFP2)-Masken	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „N95“ Atemschutz gemäß FDA-Klasse II, unter 21 CFR 878.4040, und CDC NIOSH, oder – „FFP2“ gemäß EN 149 – Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III <p>oder gleichwertige Normen</p> <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gute Atmungsaktivität – Formstabiles Design, das nicht gegen den Mund zusammenfällt (z. B. Entenschnabel, becherförmig) – Ausgestattet mit Ausatemventil – Mit einer Metallplatte an der Nasenspitze versehen – Wiederverwendbar (aus robustem Material, das gereinigt und desinfiziert werden kann) oder Einwegartikel
Filtering Face Pieces Klasse 3 (FFP3)-Masken	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „FFP3“ gemäß EN 149:2001+A1 <p>oder gleichwertige Normen</p> <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ausgestattet mit Ausatemventil
Schutzkittel	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Verordnung (EU) 2016/425 – Richtlinie 93/42/EWG – Medizinisches Gerät der FDA-Klasse I oder II – EN 13795 jede Leistungsstufe – AAMI PB70 alle Stufen akzeptabel <p>oder gleichwertige Normen</p> <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ausgestattet mit Ausatemventil

Schutzanzüge	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten: EN 13795 hohe Güte <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> – AAMI PB70 Level 3 Leistung oder höher <p>oder gleichwertige Normen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Durchblutungsresistent gegen Krankheitserreger: AAMI PB70 Stufe 4, <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> – EN 14126 und Teilkörperschutz EN 13034 oder EN 14605, oder gleichwertige Normen – Vollschutzanzüge nach EN 943 (Typ 1 + 2) oder vergleichbare – Chemikalienschutzanzüge gemäß EN 14605 (Typ 3 + 4) oder vergleichbare
	<ul style="list-style-type: none"> – Schutzkleidung gegen feste Partikel gemäß EN 13982 (Typ 5) oder vergleichbare <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einmaliger Gebrauch, Einweg – Flüssigkeitsbeständig – Mit Kapuze, Langarm, Daumen-/Fingerschlaufen oder elastischen Manschetten zur Verankerung der Ärmel an Ort und Stelle
Handschuhe	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Richtlinie 93/42/EWG Kategorie III – Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III – EN 455 – EN 374 – ANSI/ISEA 105 – ASTM D6319 <p>Beschreibung/Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lange Manschetten (mindestens 230 mm Gesamtlänge) – Größen: S, M, L, XL

Die Begriffe „Ausfuhr“ und „Verbringung“ werden wie in § 2 Absatz 3 und Absatz 21 AWG definiert angewendet.

Die Anmelder sind verpflichtet, in Abgrenzung von einem möglichen Ausfuhrverbot die Warenbezeichnung in der Ausfuhranmeldung so genau zu halten, dass der Zollstelle die Prüfung der Zulässigkeit der Ausfuhr möglich ist. Hierzu sind über die für die Einreihung in das „Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik“ hinausgehende Angaben erforderlich, u.a. die genaue Typenbezeichnung der Ausfuhrware, und Angaben darüber, welche Schutzklasse bzw. DIN-Norm vorliegen (in Abgrenzung zu den in der o.a. Warenaufstellung genannten Kriterien).

Im Auftrag

Schmidt

Dieses Schriftstück ist ohne Unterschrift gültig.